
 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO	 ATC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova 2 tel/fax: 013 322 965				OBR-072
		IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA		Broj izveštaja: 0821 Datum izdavanja: 15.06.2016		
Podnosilac zahteva: <i>Fond za zaštitu životne sredine Vršac, Trg Pobede br. 1</i> Vrsta uzorka: <i>vazduh ambijenta</i>						
Podaci o uzorku	ID broj uzorka	Oznaka metode	Parametar	Izmerena vrednost	Granična vrednost	
Merno mesto: Vršac- Carinski terminal Datum ¹ : 06.06.2016 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A3211	HDMI-207	Sumpordioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<8	125	
	A3217	HDMI-206	Čađ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4	50	
	A3223	HDMI-201	Azotdioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4	85	
Merno mesto: Vršac- Carinski terminal Datum ¹ : 07.06.2016 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A3212	HDMI-207	Sumpordioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<8	125	
	A3218	HDMI-206	Čađ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4	50	
	A3224	HDMI-201	Azotdioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2	85	
	A3229	SRPS EN 12341:1998	Suspendovane čestice, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	26	50	
Merno mesto: Vršac- Carinski terminal Datum ¹ : 08.06.2016 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A3213	HDMI-207	Sumpordioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<8	125	
	A3219	HDMI-206	Čađ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5	50	
	A3225	HDMI-201	Azotdioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5	85	
Merno mesto: Vršac- Carinski terminal Datum ¹ : 09.06.2016 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A3214	HDMI-207	Sumpordioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<8	125	
	A3220	HDMI-206	Čađ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6	50	
	A3226	HDMI-201	Azotdioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3	85	
Merno mesto: Vršac- Carinski terminal Datum ¹ : 10.06.2016 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A3215	HDMI-207	Sumpordioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<8	125	
	A3221	HDMI-206	Čađ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5	50	
	A3227	HDMI-201	Azotdioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4	85	
Merno mesto: Vršac- Carinski terminal Datum ¹ : 11.06.2016 Vreme: 0:00 Interval uzorkovanja: 24h	A3216	HDMI-207	Sumpordioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<8	125	
	A3222	HDMI-206	Čađ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7	50	
	A3228	HDMI-201	Azotdioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5	85	
Napomene: ¹ Datum i vreme uzorkovanja odnose se na <u>početak</u> uzorkovanja ^{NA} Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu						
Datum završetka ispitivanja: 13.06.2016						
Analitičar: <i>Mitrović Milan</i>			Šef Odseka za ispitivanje vazduha <i>Obućina Ljiljana</i>			
Izdavanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti					Strana 1/1	